



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 39.КС.09.000.М.000326.06.17 ОТ 21.06.2017 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения

В ГБУЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОВЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" по адресу: г. Советск, ул. Ломоносова, д. 2а разрешается проведение рентгенстоматологических исследований с использованием аппарата:

-дентальный рентгеновский аппарат "BlueX IntraOs 70", №2403 AA7746, 2008 года выпуска.
Номинальная сила тока 7 мА, номинальное напряжение 70 кВ.
Рабочая нагрузка 40 (мАхмин)/нед.

Ограничительные условия:

- обязательное использование средств индивидуальной защиты пациентов;
- регистрация индивидуальных эффективных доз пациентов в учетной документации;
- ведение индивидуального дозиметрического контроля персонала группы "А";
- проведение ежегодно контроля эксплуатационных параметров рентгенаппаратов старше 10 лет с оформлением соответствующих документов, в том числе и по продлению сроков дальнейшей эксплуатации.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

